

Определение содержания аминокислот по стандартной методике (Moore, Stein, 1963; Spackman *et al.*, 1958) на автоматическом анализаторе LC200 (Biotronik, Германия) в гидролизатах (6N HCl, 108–110°C, 24 ч) препаратов клеточных стенок, полученных по методу Стрешинской и соавт. (1979).

#### *Литература*

1. Moore S., Stein W.H. Chromatographic determination of amino acids by the use of automatic recording equipment // *Methods Enzymol.* – 1963. – V. 6. – P. 819–831.
2. Spackman D.H., Moore S., Stein W.H. Automatic recording apparatus for use in chromatography of amino acids // *Anal. Chem.* – 1958. – V. 30. – № 7. – P. 1190–1206.
3. Стрешинская Г.М., Наумова И.Б., Панина Л.И. Химический состав клеточной стенки *Streptomyces chrysomallus*, образующего антибиотик аурантин // *Микробиология.* – 1979. – Т. 48. – С. 814–819.